



WEITERE DISPLAYANZEIGEN

- SAFE** Tastensperre aktiv
- HOT** Betriebstemperatur zu hoch
- FAIL** Gerätespeicher fehlerhaft. Bitte informieren Sie den Kundendienst. (Diagnosemeldung nach dem Einschalten)
- CAL done** Schallgeschwindigkeit wird eingestellt. Wanddicke kann neu kalibriert werden. Tastensperre aufgehoben



GE
Sensing & Inspection Technologies